

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京中医医院顺义医院DSA和16排CT维保的服务，该设备属于大型医疗设备，厂家技术壁垒高，维修难度大，对维修时间和维修效果要求较高，以免影响医院相关医疗工作。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。**投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。**
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目购买原厂和代理商同时支持的设备维保服务，按照厂商和代理商相应的维保服务标准执行。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

包号	数量	型号	购置日期
1	1 台	UNIQ FD20 血管机	2017 年
	1 台	Brilliance CT 16 Slice	2011 年

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 服务期：自合同签订之日起三年。
2. 项目服务地点：北京中医医院顺义医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

投标人或最终服务商应保证维保设备开机率保证 $\geq 95\%$ ，超过一天顺延二天保修日期；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限要求：合同签订之日起三年。

五、采购标的的验收标准

年检时，投标人负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

详见下文。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 投标人或最终服务商服务响应要求：

1.1 投标人或最终服务商需提供 400/800 免费服务电话或免费维修电话，具备 24 小时×7 天服务能力。

1.2 每天有专人值班服务，同时具备远程故障排除能力，投标人应提供详细应答说明，但不限于在线值班工程师的数量，资质等文件。

1.3 保修设备发生故障，投标人应接到维修通知后，在线工程师电话响应时间不超过 30 分钟，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，派维修工程师到达维修设备现场≤2 工作时。国内备件到货时间≤12 小时，国际备件到货时间≤72 小时。

1.4 投标人或最终服务商须提供全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

1.5 投标人或最终服务商需拥有专业的技术支持团队。

▲2. 包含维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费（含球管和探测器，不含第三方设备）。

3. 系统保养要求：

3.1 投标人需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

3.2 投标人需对采购人工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

3.3 投标人每年为设备提供高级维护保养服务，CT 四次保养，DSA 四次保养，投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

4. 备件和工具要求

4.1 任何经投标人或最终服务商使用的备件须保证经过原厂安全和性能检测合格，提供的每一个备件应具有可通过飞利浦官方 400/800 查询追溯的序列号。投标人需直接提供设备制造商出具的备件供应证明，原厂认证/测试合格件相关文件。

4.2 投标人或最终服务商需具有飞利浦 CT、DSA 专用调试工具各一套，并提供工具清单。

4.3 投标人或最终服务商需保证维保设备常用维修所需零配件的 95%得到及时提供。

4.4 采购人合同期内拆机或者中标人因备件供应超出正常供应年限而无法继续提供维修服务以恢复设备的情形下，双方可提前 30 日以书面形式通知对方并在经得对方同意后可提前终止本合同项下相关设备的合同部分，按月计费。