

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	颜岩	联系电话	██████████
身份证号码	██████████	职称	副研究员
工作单位	中国疾病预防控制中心	职称所属行业领域	医疗卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	陈老师，010-82807673
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	单采血小板设备及耗材项目	预算金额（万元）	330
项目预算年度	2024年度		
唯一供应商名称	北京宁瑞博康医疗器械有限公司		
三、论证意见：			
<p>本次拟采购的单采血小板设备及耗材项目，是为了满足首都医科大学附属北京协和医院的临床使用需求，扩增采血点，缓解单采血小板临床供应压力。</p> <p>由于单采血小板的采集、制备、储存、运输等环节均需在常温下进行，极易引起细菌污染，因此对单采设备及耗材的质量要求高，以确保采集产品的质量安全及采集的成功率。经市场调研，目前国内只有北京宁瑞博康医疗器械有限公司生产的单采设备及配套耗材取得国家药品监督管理局注册证，是唯一具有销售资格的供应商。且该产品能满足项目对产品质量、技术、服务等方面的要求。</p> <p>故建议采用单一来源方式采购。 本人签名： 颜岩</p> <p>2024年12月13日</p>			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	孙桂珍	联系电话	██████████
身份证号码	██████████	职称	主任技师
工作单位	北京佑安医院	职称所属行业领域	医疗卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	陈老师，010-82807673
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	单采血小板设备及耗材项目	预算金额（万元）	330
项目预算年度	2024年度		
唯一供应商名称	北京宁瑞博康医疗器械有限公司		
三、论证意见：			
<p>由于单采血小板的采集、制备、保存、运输等环节均需在常温下进行，对分离机及耗材的质量要求较高，否则极易引起细菌污染。为确保采集产品的质量安全及采集成功率，血液分离机需使用封闭式配套耗材。经市场调研：目前市场上无通用耗材销售，只有北京宁瑞博康医疗器械有限公司生产的血液分离机配套耗材取得国内唯一注册证并且有销售的同产设备，其数据能够与血站信息系统对接，以保证检测的完整、准确。</p> <p>因此，该项目建议采用单一来源采购方式。</p> <p>本人签名：孙桂珍</p> <p>2024年 12月 13日</p>			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	张飞雄	联系电话	██████████
身份证号码	██████████	职称	教授
工作单位	首都师范大学	职称所属行业领域	医疗卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	陈老师，010-82807673
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	单采血小板设备及耗材项目	预算金额（万元）	330
项目预算年度	2024年度		
唯一供应商名称	北京宁瑞博康医疗器械有限公司		
三、论证意见：			
<p>鉴于国家卫健委医疗机构临床用血需求量大且不足，经论证国产血液分离机以满足临床需求。</p> <p>可是单采血小板在整个采集、保存、运输各个环节都是在常温条件下进行，存在易导致细菌污染等风险，因此为了保证采集到合格的血浆与安全，提升采集成功率，须对采集器、分离机和耗材等有更高要求。另外，从市场行情看，国内只有北京宁瑞博康医疗器械有限公司生产血液分离机和相关配套耗材能满足项目对产血量、技术和服务的要求。同时该产品是国内唯一有注册证且有销售证的国产设备，是唯一符合临床需求的供应商。</p> <p>综上所述，本项目应以单一来源方式采购。</p> <p>本人签名：张飞雄</p> <p>2024年12月13日</p>			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			