


单一来源专家论证意见

专家信息 1	姓名	卢东生	工作单位	北京友谊医院
	职称	高工	电话	13910581556
	职务		身份证号	110103197001071233
专家信息 2	姓名	吴瑞军	工作单位	北京和平医院
	职称	主任医师	电话	15301375862
	职务	副院长	身份证号	1304031964121958
专家信息 3	姓名	钱捷	工作单位	东方医院
	职称	副主任医师	电话	13717782278
	职务		身份证号	110101196103291547
项目信息	采购项目名称	超声探头	项目使用单位	北京市东城区第一妇幼保健院
	采购项目金额	40 万元	拟用采购方式	单一来源
	预算项目名称	超声探头	预算批复文号	东采购办 2017-一号项-001063
专家论证意见	<p>超声探头：超声科承担着全院的就诊患者的临床检查，每天工作量很大，超声诊断仪的使用率非常高，探头是机器的主要配件，开业三年来已有不同程度的损坏，直接影响超声科的临床工作，为保障超声诊断仪的正常运转，特申请配备原厂超声探头一组（两个，一把容积探头-RM6C：探头用于腹部、妇产专用，一把腹部探头-C1-5-D；探头类型：凸阵探头），以弥补因探头损坏而对临床造成的影响。目前国内无同时具备上述技术性能要求的配套设备及可替代产品，能与原设备配套使用，为满足临床使用需求，必须采购原装进口配套设备。其中通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司的专有技术具有唯一性，故只能采用单一来源方式向上述公司进行采购。</p> <p>该行为符合政府采购法第 31 条第一款的规定。</p>			
专家签字：			签字日期：2017 年 12 月 13 日	