

北京市垂杨柳医院中央监护系统升级项目

单一来源采购公告

北京市垂杨柳医院申请中央监护系统升级项目采用单一来源方式采购，该项目拟由拟定的唯一供应商名：北京京茂众联商贸有限公司；拟定的唯一供应商地址：北京市朝阳区广渠路 31 号院 1 号楼 7 层 710 室提供（或承担）。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。

（一） 采购人、采购项目名称和内容

采购人名称：北京市垂杨柳医院

联系地址：北京市朝阳区垂杨柳南街 2 号

联系人：韩科长

联系电话：010-67712975

采购项目名称及编号：中央监护系统升级项目

代理机构名称：北京国际贸易公司

联系人：朱莉

联系电话：010-65041196

（二） 拟采购的设备的说明

MX800 病人监护仪 5 台

（三） 采用单一来源采购方式的原因及相关说明

1. 原因

（1）目前在用的中央监护系统为飞利浦产品，由于飞利浦中央站只能与飞利浦病人监护仪联网，实现信息传输。

（2）拟采购产品在使用操作时，与医院现有设备操作系统及流程保持一致，满足危重症患者不间断监护的需要。

2. 相关说明

飞利浦 MX800 病人监护仪主机显示器一体化设计，整合式电源，无需电源适配器，通用即插即用型记录仪模块，通用于全部监护仪，标配 23 种心律失常分析，含房颤分析。飞利浦独有可提供 Windows 应用平台，支持第三方软件应用显示及操作，时监测系统和监护应用平台中安装的应用程序分别使用不同的运算核心 CPU 处理器，应用平台系统瘫痪不影响监护仪的监护功能，12 导联 ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势，QT 及 QTc 分析，实时显示数值，可使用箭头方式显示监测参数变化趋势，柱状图方式显示监测参数偏移程度，柱状图查看监护参数按时间分布情况，环状图显示 ST 段抬高和压低趋势，可支持脓毒血症辅

助筛查功能，脓毒血症复苏及管理阶段的流程管理，病患在科室期间监护 PiCCO 血流动力学高级监测数据的回顾及存储归档，病患在科室期间监护心电报警条图的回顾及存储归档。

(四) 拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：北京京茂众联商贸有限公司

供应商地址：北京市朝阳区广渠路 31 号院 1 号楼 7 层 710 室

(五) 专业人员论证意见，以及专业人员的姓名、工作单位和职称

姓名	卢东生	职称	高工	工作单位	友谊医院
姓名	魏继航	职称	主任技师	工作单位	清华大学玉泉医院
姓名	颜岩	职称	副研究员	工作单位	中国疾控中心
论证意见	用户于 2016 年采购了飞利浦公司的中央监护系统，包括主机（M3150）1 台、床边病人监护仪（MX800）13 台。目前用户需增加 5 台床边病人监护仪与主机联网，由于飞利浦主机只能与本公司的病人监护仪联网，故必须采用单一来源的方式采购飞利浦公司的床边病人监护仪。				

(六) 公示的期限

征求意见期限从 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 13 日止。

潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至市财政有关部门和北京市朝阳区财政局（联系人：王雪，联系电话：010-65090343），以及使用单位北京市垂杨柳医院（地址：北京市朝阳区垂杨柳南街 2 号，联系人：韩科长，联系电话：010-67712975）

