

单一来源论证专家到表

项目名称：北京市通州区中医医院购置 DSA 球管设备采购项目

项目编号：CEITCL-BJ0-190412

日期：2019 年 5 月 7 日

序号	姓名	单位	职称	身份证号码	联系电话
1	李保伟	武警总医院	高工	110108195209063710	13910150196
2	郑新益	中石油医院	主任医师	120109195008306526	13683039366
3	李宏明	海淀人民医院	主任医师	120109195012276534	13811598608

单一来源论证意见表

招标编号: CEITCL-BJ10-19104112	项目名称: 北平通州区中医医院购置DSA球管设备采购项目
评委姓名: 李永明	工作单位: 海淀, 人民医院
职务或职称: 主任医师	身份证号码: 120109195012276534
联系电话: 13811598608	
代理机构: 中经国际招标集团有限公司	
论证意见	该项目为美国产心血管造影系统更换球管, 要求技术参数, 技术功能必须与原有设备兼容. 目前其它产品不能兼容, 具备唯一性, 可以进行单一来源采购。
论证专家签字: 李永明	签字日期: 2019年05月01日

单一来源论证意见表

招标编号: CEITCL-BJ10-190412	项目名称: 北京市通州区中医医院购置DSA球管设备采购项目
评委姓名: 靳舒莹	工作单位: 中石大医院
职务或职称: 主任医师	身份证号码: 120109195008306526
联系电话: 13683039366	
代理机构: 中经国际招标集团有限公司	
论证意见	<p style="text-align: center;"> 该项目为美国平心血管造影系统更换球管, 要求技术参数, 技术功能必须与原有设备兼容, 国内其它产品不能兼容, 具备唯一性, 可以进行单一来源采购。 </p>
论证专家签字: 靳舒莹	签字日期: 2019年5月6日

单一来源论证意见表

招标编号: CEITL-BJ10-1904112	项目名称: 北碚鱼嘴区中医院购置DSA球管设备采购项目
评委姓名: 李保伟	工作单位: 武警总医院
职务或职称: 高工	身份证号码: 110108195209063710
联系电话: 13910150196	
代理机构: 中经国际招标集团有限公司	
论证意见	<p style="text-align: center;">该项目为美国产心血管造影系统更换球管,要求技术参数,技术功能必须与原有设备兼容,同种其它产品不能兼容,具备唯一性,可以进行单一来源采购。</p>
论证专家签字: 李保伟	签字日期: 2019年5月7日

DSA 球管品牌：GE

DSA 球管型号、规格：医用诊断 X 线射线管组件：2216500

DSA 球管技术参数

DSA 球管技术指标	
*1	提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准
*2	靶材料：钨-铈聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片
3	焦点数量：3 个
4	焦点尺寸（IEC 336/1993）：0.3, 0.6, 1.0
5	阳极标称输入功率 112.9KW(大焦点) 55.8KW(中焦点) 20.0KW(小焦点)
6	最大阳极热容量(3.7MHU)
7	球管最大耐受电压 180KV
8	相对于参考轴的靶角度 11 度 25 分
9	阳极旋转（阳极驱动频率）130Hz +0Hz/-10Hz (7800rpm+0rpm/-600rpm)
*10	标称管电压 125kV
11	防震铝材管套，内衬铅以减小辐射泄漏，装备压力和温度安全开关
12	投标人需提供球管中华人民共和国医疗器械注册证书
13	球管安装校验由原厂或原厂授权工程师完成（提供至少 2 份当年在职工程师认证复印件）
14	球管安装校验需按原厂标准完成
15	投标人须提供厂家授权
16	投标人在省内设有长期稳定的服务机构
17	经营范围必须包含医疗设备维修服务项目
18	提供球管的进口报关单