

北京市通州区中医医院购置 DSA 球管设备采购项目单一来源采购公示

1. 采购人名称：北京市通州区中医医院
2. 采购代理机构名称：中经国际招标集团有限公司
3. 采购项目名称：北京市通州区中医医院购置 DSA 球管设备采购项目
4. 采购项目编号：CEITCL-BJ10-1904112
5. 拟采购的货物或者服务的说明：

| 包号 | 拟采购内容 | 预算金额（万元） |
|----|--|----------|
| 1 | 我院所于 2013 年 11 月安装一台 INNOVA3100 心血管成像系，在使用过程中为了延长球管使用寿命，提高设备使用效率我们做到以下几点：1 严格遵守操作程序和规章制度。2 保证环境的温度和湿度。3 科学安排使用频率。每年平均手术约 1500 余例，于 2019 年 3 月设备发生故障，经查 GE 工程师确认故障原因为球管进入空气自然打火，属于球管正常老化导致，非使用原因造成（如使用原因造成球管损坏，通常为旋转阳极靶面损坏或灯丝熔断造成）。又由于心血管成像设备系统的特殊性，该设备球管取得 CFDA 注册证适配性具备唯一性。该 DSA 球管品牌：GE DSA 球管型号、规格：医用诊断 X 线射线管组件：2216500 经销渠道具备单一性。所以我院申请进行单一来源采购 | 100 |

6. 拟定的唯一供应商名称及地址：

| 供应商名称 | 地址 |
|----------------|-------------------------------------|
| 北京阳光万康医疗科技有限公司 | 北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 22 层 2607 内 C |

7. 拟采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

论证专家：

| 姓名 | 李保伟 | 职称 | 高工 | 工作单位 | 武警总医院 |
|----|-----|----|------|------|--------|
| 姓名 | 靳舒莹 | 职称 | 主任医师 | 工作单位 | 中石油医院 |
| 姓名 | 李家明 | 职称 | 主任医师 | 工作单位 | 海滨人民医院 |

论证意见：该项目为美国产心血管造影系统更换球管，要求技术参数，技术功能必须与原有设备兼容，目前其他产品不能兼容，具备唯一性，可以进行单一来源采购。

根据中华人民共和国政府采购法第三十一条第一款和中华人民共和国政府采购法实施条例第二十七条，本项目可以采用单一来源采购方式进行采购。

8. 本项目公示期为 2019 年 05 月 08 日至 2019 年 05 月 15 日。有关单位和个人如对公示内容有异议，请在 2019 年 05 月 15 日 16:00（北京时间）之前以实名书面（包括异议理由及证明材料、联系人、地址、联系电话并加盖公章）形式向采购人、采购代理机构反馈，并同时抄送相关财政部门。

9. 采购人名称：北京市通州区中医医院

10. 联系地址：北京市通州区翠屏西路 116 号

11. 联系人及联系电话：田老师 010-57246579

12. 采购代理机构名称：中经国际招标集团有限公司

13. 采购代理机构联系地址：北京市东城区滨河路航天信息大厦 10-11 层

15. 采购代理机构联系人：谷先生

16. 电话：010-56106819

中经国际招标集团有限公司

2019 年 05 月 08 日