



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：卢东生	
	职称：高级工程师	
	工作单位：首都医科大学附属北京友谊医院	
项目信息	项目名称：北京市和平里医院设备维修-购置 CT 配件（球管）项目	
	供应商名称：北京铭成嘉业科技发展有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院已采购进口 CT 一台，为了保证设备的正常使用，现需采购一只与原 CT 机一致的 CT 球管，因该设备的专业技术要求高，只能由原生产厂家提供球管，并且目前国内的产品无法同时满足工作要求。鉴于该项目的需求特殊性和连续性，依据有关法规的规定，该项目采用“单一来源”方式是有效的办法。</p>	
专业人员签字	卢东生	日期：2020 年 10 月 20 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：许建宁	
	职称：研究员	
	工作单位：中国疾控中心职卫所	
项目信息	项目名称：北京市和平里医院设备维修-购置 CT 配件（球管）项目	
	供应商名称：北京铭成嘉业科技发展有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院已采购进口 CT 一台，为了保证设备的正常使用，现需采购一只与原 CT 机一致的 CT 球管，因该设备的专业技术要求高，只能由原生产厂家提供球管，并且目前国内的产品无法同时满足工作要求。鉴于该项目的需求特殊性和连续性，依据有关法规的规定，该项目采用“单一来源”方式是有效的办法。</p>	
专业人员签字		日期：2020 年 10 月 20 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：颜岩	
	职称：副研究员	
	工作单位：中国疾控中心	
项目信息	项目名称：北京市和平里医院设备维修-购置 CT 配件（球管）项目	
	供应商名称：北京铭成嘉业科技发展有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院已采购进口 CT 一台，为了保证设备的正常使用，现需采购一只与原 CT 机一致的 CT 球管，因该设备的专业技术要求高，只能由原生产厂家提供球管，并且目前国内的产品无法同时满足工作要求。鉴于该项目的需求特殊性和连续性，依据有关法规的规定，该项目采用“单一来源”方式是有效的办法。</p>	
专业人员签字		日期：2020 年 10 月 20 日