

# 单一来源论证会议签到表

项目名称：北京市密云区中医医院数字放射成像系统自动长骨拼接套件采购项目

项目编号：ZYLS-ZB-202011022

论证日期：2020年11月17日

序号	姓名	单位	职称/职务	联系电话
1	周世平	陆军总医院	主任	13161102518
2	张欣	北京理尔曼学院	高级讲师	13601298146
3	申磊	航天731医院	主任医师	13520646329

## 单一来源论证意见表

招标编号: ZYLS-ZB-202011022	项目名称: 北京市密云区中医医院数字放射成像系统自动长骨拼接套件采购项目
评委姓名: 申慧蓉	工作单位: 航天731医院
职务或职称: 主任医师	身份证号码: 150102196211092569
联系电话: 13520666329	
代理机构: 中源联盛咨询(北京)有限公司	
论证意见	经了解采购需求及技术参数,本次采购货物需搭配前期购买设备使用,且无法与其他厂商设备兼容使用,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项及第三项要求,建议采用单一来源采购。
论证专家签字: 申慧蓉	签字日期: 2020年11月17日

## 单一来源论证意见表

招标编号: ZYLS-ZB-202011022	项目名称: 北京市密云区中医医院数字放射成像系统自动长骨拼接套件采购项目
评委姓名: <span style="font-size: 1.2em;">周洪宇</span>	工作单位: <span style="font-size: 1.2em;">陆军总医院</span>
职务或职称: <span style="font-size: 1.2em;">主任</span>	身份证号码:
联系电话: <span style="font-size: 1.2em;">13161102518</span>	
代理机构: 中源联盛咨询(北京)有限公司	
论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">                     经过对本次所采购设备为数字式X射线系统(CR)自动长骨拼接套件, 必须两套设备同时进行采购和使用, 其他设备无法进行兼容。故《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款第三项要求, 为本次项目采购单一来源采购方式进行采购。                 </p>
论证专家签字: <span style="font-size: 1.2em;">周洪宇</span>	签字日期: 2020年11月17日

### 单一来源论证意见表

招标编号：ZYLS-ZB-202011022	项目名称：北京市密云区中医医院数字放射成像系统自动长骨拼接套件采购项目
评委姓名：张敏	工作单位：北京理工大学
职务或职称：高级讲师	身份证号码：110101195602034559
联系电话：13601298146	
代理机构：中源联盛咨询（北京）有限公司	
论证意见	此次采购数字式无线摄影系统(DR)增加的功能套件，必须配套原有DR设备使用，为满足实际使用需求，并依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项及第三项要求，推荐采用单一来源采购方式。
论证专家签字：张敏	签字日期：2020年11月17日