



## 专家论证意见表

项目名称：2023 事业支出其他维修和保养服务采购项目		
采购单位：北京市昌平区医院		
论证专家组成员情况		
姓名	职称	工作单位
赵书勤	高级会计师	北京中兆国际会计师事务所
论证意见	<p>专家论证意见：</p> <p>该设备技术含量高，技术复杂，CT 机球管的型号规格 2219500-3 球管型号唯一，该设备需原厂商维修保养，提供备件及服务。</p> <p>由于该设备具有唯一性，不可替代性，建议采用单一来源采购由北京巨和泓光医疗科技有限公司提供维保服务。</p> <p>北京巨和泓光医疗科技有限公司是 GE 公司唯一销售及售后服务单位。</p>	
专家签名		


日期：2023 年 07 月 06 日

## 专家论证意见表

项目名称：2023 事业支出其他维修和保养服务采购项目		
采购单位：北京市昌平区医院		
论证专家组成员情况		
姓名	职称	工作单位
杨建科	高级会计师	北京物资学院
论证意见	<p>专家论证意见：</p> <p>该设备属于高端 X-线断层扫描放射设备，技术含量高，需原厂商进行维修保养，提供备件及技术服务。</p> <p>该设备维保属于唯一性，不可替代，建议采用单一来源采购由北京巨和泓光医疗科技有限公司提供维保服务。</p> <p>北京巨和泓光医疗科技有限公司是 GE 公司唯一销售及售后服务单位。</p>	
专家签名		

日期：2023 年 07 月 06 日

## 专家论证意见表

项目名称：2023 事业支出其他维修和保养服务采购项目		
采购单位：北京市昌平区医院		
论证专家组成员情况		
姓名	职称	工作单位
崔琪	高级工程师	北京市海淀区住建委
论证意见	<p>专家论证意见：</p> <p>该院要对 GE LesSpeed VCT 64 排 CT 设备维保。属于高端 X-线断层扫描放射设备，价格昂贵，技术含量高，风险级别高等，为保证 CT 图像质量与患者安全，设备急需维修保养服务。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. CT 机球管是高值损耗件，GE 公司提供的球管备件是目前唯一一款 LesSpeed VCT 64 排 CT 的整机中华人民共和国医疗器械注册证规定的球管型号。</li><li>2. 原厂设备维保授权唯一性。</li><li>3. 其它第三方球管不能提供与 GE 整机匹配性测试的报告。</li><li>4. 没有可替代性。</li></ol> <p>所以建议购买原厂 CT 设备维保服务，采用单一来源采购方式。由北京巨和泓光医疗科技有限公司提供维保服务。该公司是是 GE 公司唯一销售及售后服务单位。</p>	
专家签名		

日期：2023 年 07 月 06 日



经北京市人力资源和社会保  
障局审核，杨建科 符合北京  
市评标专家资格，特聘为北京市  
评标专家。

姓 名 杨建科  
性 别 男  
身份证号 43293019710106761X  
证书编号 BP12022717

聘 期	起始日期	截止日期
	2022年01月01日	2024年12月31日

编号: 0025262



经北京市人力资源和社会保  
障局审核，崔琪 符合北京  
市评标专家资格，特聘为北京市  
评标专家。

姓 名 崔琪  
性 别 女  
身份证号 110108195904137320  
证书编号 BP11020515

聘 期	起始日期	截止日期
	2023-01-01	2025-12-31

编号: 0018320



经北京市人力资源和社会保障局审核，**赵书勤** 符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

姓名 **赵书勤**  
 性别 **女**  
 身份证号 **110101196001010001**  
 证号 **114000001**

聘 期	起始日期	截止日期
	2015年1月1日	2017年12月31日
期	2018年1月1日	2020年12月31日
	2021年 1月 0 1日	2023年 12月3 1日

编号: **0009914**