

事业支出其他医疗设备采购项目
单一来源采购方式专家签到表

项目名称：事业支出其他医疗设备采购项目

项目编号：11011424210200014784-XM001


论证时间：2024.5.7

序号	姓名	职称	工作单位	专家证号
1	刘志军	副主任医师	濮阳门医院	BP11014962
2	单文卫	副主任医师 药师	应急总医院	040190277
3	张五军	正高级 律师	北京市弘洲律师事务所	BP12022345

事业支出其他医疗设备采购项目
单一来源采购方式专家论证意见表

项目名称	事业支出其他医疗设备采购项目	项目编号	11011424210200014784-XM001
采购内容	CT球管（X射线管组件2137130-13），1套		
项目预算	65 万元	采购方式	单一来源采购
专家姓名	魏立军	工作单位	北京市弘六洲律师事务所
职称	高级律师	联系电话	13011861560
身份证号	210502195707272166	专家证号 (如有)	BP12022345
<p>专家论证意见</p> <p>该CT球管所匹配的CT机型号Optima CT540是GE公司原装生产，CT球管不是单独存在能使用的设备，必须通过国家相关部门球管与整机匹配，西经三洲试剂物洲才能保障安全有效和最佳图像质量，如下类球管匹配既差，不降低使用性能，只能使用GE公司的原厂CT球管。</p> <p>北京伊诺亚诺科技仪器有限公司作为通用电气医疗系统设备收器(上海)有限公司在北京的指定代理该品牌合法经销商，自授权之日起代理北京市昌平区沙河医院GE CT球管采购招标协商和合同签订事宜(授权日期为2024年1月1日起至2024年12月31日)</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款规定，只能从唯一供应商处采购的，可以采用单一来源方式采购。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条规定，对于具有不可替代性的产品可以采用单一来源方式采购。故采购CT球管符合法律规定。</p>			
专家签字: 魏立军		日期: 2024年5月7日	

事业支出其他医疗设备采购项目
单一来源采购方式专家论证意见表

项目名称	事业支出其他医疗设备采购项目	项目编号	11011424210200014784-XM001
采购内容	CT球管 (X射线管组件2137130-13, 1套)		
项目预算	65 万元	采购方式	单一来源采购
专家姓名	单文卫	工作单位	急救总医院
职称	副主任药师	联系电话	13811902033
身份证号	152101196710271598	专家证号 (如有)	
<p>专家论证意见</p> <p>该单位拟采购的CT球管是GE Optima CT450的配套配件, 必须与原设备匹配. 如使用非原厂配件, 则整机的结构及组成发生变化, 还必须将设备重新注册且不能保障安全、有效的最佳图像. 北京伊诺讯达科技发展有限公司作为通河电气医药系统贸易发展(上海)有限公司在北京内指定的代理品牌合法经销商, 根据《政府采购法》相关规定, 本项目采购的CT球管具有不可替代性, 应采用单一来源方式采购。</p> <p>专家签字: </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021年 5月 7日</p>			

事业支出其他医疗设备采购项目
单一来源采购方式专家论证意见表

项目名称	事业支出其他医疗设备采购项目	项目编号	11011424210200014784-XM001
采购内容	CT球管 (X射线管组件2137130-13, 1套)		
项目预算	65 万元	采购方式	单一来源采购
专家姓名	刘志平	工作单位	朝阳门医院
职称	副主任医师	联系电话	13641162707
身份证号	11010219530829	专家证号 (如有)	BP 11014962
<p>专家论证意见</p> <p>该单位拟采购的CT球管是GE Optima CT450的配件配套, 必须与主机设备匹配, 如使用非原厂配件, 则整机的结构及组成发生改变, 还必须将设备重新注册且不能保障安全, 有效的最佳图像, 北京伊诺达科技发展有限公司作为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司在北京内指定的代理品牌合法经销商, 根据《政府采购法》相关规定, 本项目采购的CT球管具有不可替代性, 应采用单一来源方式采购。</p> <p>专家签字: 刘志平</p> <p style="text-align: right;">日期: 2024年 5月 7日</p>			



北京市评标专家

聘书



北京市人力资源和社会保障局印制



经北京市人力资源和社会保障局审核，张立军 符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

姓名 张立军
性别 女
身份证号 210502195707272168
证书编号 BP12022345

聘期	起始日期	截止日期
	2022年01月01日	2024年12月31日

编号：0024998



姓名 刘志平

性别 女


身份证号 110102195308293046

证书编号 BP11014962


经北京市人力资源和社会保
障局审核，刘志平 符合北京
市评标专家资格，特聘为北京市
评标专家。

聘	起始日期	截止日期
	2022年01月01日	2024年12月31日
期		

编号：0021690



基本信息 (灰色的信息项不允许修改)

姓名:	单文卫 *	证件类型:	中华人民共和国居民身份证 *	证件号码:	152101196710271598 *	
出生年月:	1967-10-27 *	性别:	男 *	民族:	汉族	
政治面貌:	中国共产党党员	毕业院校:	内蒙古医学院	所学专业:	理学	
最高学历:	硕士研究生毕业	学位:	硕士	毕业时间:	1990-07-20 *	
工作起始时间:	1990-07-20 *	工作状态:	<input checked="" type="radio"/> 在职 <input type="radio"/> 退休	现从事专业:	医学	
擅长行业:	综合医院					
工作单位名称:	煤炭总医院	单位所属行业:	卫生和社会工作	现任职务:	医学工程处处长	
工作地址:	北京市朝阳区西坝河南里29号 煤炭总医院			通讯地址:	北京市朝阳区西坝河南里29号 煤炭总医院综合楼510室	
邮编:	100028	传真号码:		工作电话:	64617307	
手机:	13811902033 *	推荐机构:		电子邮箱:	sww-155@163.com *	
健康状况:	良好	推荐人:		推荐意见:	同意	

评审相关信息

专家类别:	技术类专家 *	专家职称:	副主任药师	执业资格:	
主评区域:	北京市 市辖区 朝阳区 *	评审品目:	医用电子工业多参数监护仪设备, 医用光学仪器, 医用超声仪器及设备, 医用激光仪器及设备, 医用内窥镜, 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备, 中医器械设备。		

是否参与全国评标: 参与 不参与

工作经历信息 在工作经历描述中,请如实描写与所选类别或品目相关的工作经历及工作内容

工作经历描述:	1990年7月至2003年在煤炭总医院药学部工作,任副主任药师,主要从事临床药学,制剂,调剂工作。 2003年至今在煤炭总医院医学工程处工作,任处长,主要从事医疗设备的计划,采购;耗材计划,采购和资产管理。
参与评标活动介绍:	煤炭总医院医疗设备采购项目,编号0702-1641CITC061(臭氧治疗仪,牙科综合治疗椅,3D腹腔镜) 煤炭总医院医疗设备采购项目,编号0702-1641CITC081(超净生物显微镜,裂隙灯,眼压计,手速显微镜) 煤炭总医院医疗设备采购项目,编号0702-1641CITC083(多功能血液净化机) 煤炭总医院医疗设备采购项目,编号0702-1641CITC101(移动B超,呼吸机) 煤炭总医院医疗设备采购项目,编号0686-1641C288371Z(64排CT)
专业领域研究及成果简介:	沙坦类降压药的研究现状与临床评价,中国心血管病研究,2009.8 卡托普利致血红蛋白尿,药物不良反应杂志,2009.3 新医改背景下如何提高我国执业药师的地位,药学服务与研究,2009.3 三种高血压治疗方案的药物经济学研究,2009.3 煤炭总医院门诊合理用药国际指标调查,2012.2