

# 政府采购合同格式（货物类）

合同编号: MYZY201902SBCG012-HT

项目名称: 北京市密云区中医医院医疗设备采购项目

货物名称: 全自动免疫分析仪（第十二包）

买 方: 北京市密云区中医医院

卖 方: 北京和吉盛科技有限公司

签署日期: 2019年2月28日



# 合 同 书

北京市密云区中医医院 (买方) 北京市密云区中医医院医疗设备采购项目 (项目名称) 中所需 全自动免疫分析仪 (货物名称) 经 中经国际招标集团有限公司 (招标采购单位) 以 CEITCL-BJ10-1901009 号招标文件在国内公开 (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定 北京和吉盛科技有限公司 (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

## 第一条 产品名称、规格型号、数量和价格

序号	产品全称	商标 牌号	规格型号	产地	单位	数量	单价	总价
1	全自动免疫分析仪	星童 医疗	Pylon3D	苏州	套	2	67500	135000

## 第二条 交货时间、地点和交货方式

- 1、交货时间: 合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试。
- 2、交货地点: 北京市密云区中医医院指定。
- 3、交货方式: 现场交货, 免费上门送货、安装、调试。卖方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担, 货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责, 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

## 第三条 付款方式

- 1、产品总价 (人民币): 135000.00 元 (大写: 壹拾叁万伍仟元整)

2、货到安装验收合格后，付清货款的50%，试运行三个月后，经使用科室及管理科室确认后付清其余50%货款。

#### 第四条 包装要求和装运标志


1、除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3、卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出标记。

#### 第五条 知识产权和质量保证

1、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、需要第三方提供的原产地证明、原产地、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明、提供生产和销售企业的相关认证证书。如果到货时，卖方不能够提供相应的证明文件、不符合相关要求的，买方有权拒收，由此造成的损失与买方无关。

4、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

5、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6、如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

7、合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 60 个月。

## 第六条 测试和验收

- 1、卖方应向买方提供设备性能的测试方案、程序、流程、测试手段和测试标准。
- 2、整个测试期间发生的相关费用，由卖方承担。测试结果需医疗设备科、使用科室和卖方工程师等相关人员共同签字确认。若相关测试不能够通过，买方有要求退货或者要求供应商折价处理的权利。

## 第七条 违约赔偿

- 1、卖方应按照规定的时间按时交货和提供服务。如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。每迟延一天，卖方应按迟交货物交货价的 0.1% 向买方支付违约金。逾期超过十五天，买方有权单方解除合同。
- 2、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
- 3、如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内索赔，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

## 第八条 不可抗力

- 1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 第九条 质保金

提交质保金时间：签订合同后 7 日内；质保金保证金金额：合同总价的 5%；质保期后，设备运行无任何质量问题退回所有质保金。

## 第十条 合同争议的解决

因合同履行中发生的争议和未尽事宜，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方任何一方均可向买方当地人民法院提起诉讼。

#### 第十一条 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

#### 第十二条 合同生效和其它

1、政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

2、有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字等与本合同具有同等的效力，如有冲突，应当以本合同为准，各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准，不得产生歧义

3、本合同一式7份，甲方执4份，乙方执1份，代理机构贰份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。



备注：

卖方企业规模： 大型企业/中型企业/小型企业/微型企业

(请卖方根据公司实际情况在□内打√)

附件：

附件 1——中标通知书

附件 2——投标一览表

附件 3——投标分项报价表

附件 4——货物说明一览表

附件 5——技术规格偏离表

附件 6——商务条款偏离表

附件 7——资格证明文件

7-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

7-2 组织机构代码证的复印件（须加盖本单位公章）

7-3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

7-4 法定代表人授权书

7-5 制造商的资格声明（所投货物为进口货物时适用）

7-6 经销商（作为代理）的资格声明

7-7 制造商的授权书（所投货物为进口货物时适用）

7-8 所投货物的有效期内的注册证及注册登记表或者软件、系统的知识产权证明文件等

附件 8——售后服务承诺书

买 方: \_\_\_\_\_

卖 方: 北京和吉盛科技有限公司

名 称: (印章)

名 称: (印章)

2019年2月28日

年 月 日

授权代表(签字): 徐勇

授权代表(签字): 周建伟

地 址:

地 址: 北京市大兴区经济开发区

盛坊路1号5幢3层301.302室

邮政编码: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: 010-63331278

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: 北京大兴区经济开发区支行

帐 号: \_\_\_\_\_

帐 号: 0200268209024502773

开户行行号: 1021 0000 1145



中经国际招标集团有限公司  
CHINA ECONOMIC INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD

# 中经国际招标集团有限公司

CHINA ECONOMIC INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD

地址：北京市东城区滨河路 1 号航天信息大厦 10-11 层

Address: F10-11, Aerospace Information Plaza, No.1,

邮编：100013

Binhelu, Dongcheng District, Beijing 100013, P.R.China

电话：(86-10) 84228192

Tel: (86-10) 84229192

传真：(86-10) 68373131

Fax: (86-10) 68373131

## 中标通知书

(CEITCL-BJ10-1901009)

北京和吉盛科技有限公司：

中经国际招标集团有限公司在此通知：通过评标委员会对北京市密云区中医医院医疗设备采购项目（招标编号：CEITCL-BJ10-1901009）认真评审和用户确认，贵公司为本项目第十二包中标商。

中标内容：全自动免疫分析仪

中标金额：¥135,000.00

根据中华人民共和国政府采购法第四十六条及第七十一条第（五）款的规定，请贵公司在收到本通知书原件后 30 日内与北京市密云区中医医院医疗设备采购项目的相关负责人联系签订政府采购合同，并将其中两份合同纸质原件及一份合同电子文件光盘自合同签订之日起 1 个工作日内送至我公司办理合同备案。

中经国际招标集团有限公司

2019 年 02 月 20 日

附件2 投标一览表

招标编号：CEITCL-BJ10-1901009 项目名称：北京市密云区中医医院医疗设备采购项目

序号	设备名称	投标总价（元）	投标保证金	交货时间	备注
第 12 包	全自动免疫分析仪	壹拾叁万伍仟元整（小写： 135,000.00 元）	电汇（5000 元）	合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试	

投标人名称（盖章）：北京和吉盛科技有限公司

投标人授权代表（签字）：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封并单独递交。

2、此表中，每包的投标总价应和附件 3 中的总价相一致。

附件3 投标分项报价表

投标人名称: 北京和吉盛科技有限公司		招标编号: CEITCL-BJ10-1901009		报价单位: 人民币元	
序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单价
1.	全自动免疫分析仪	Pylon3D	2 套	苏州、星童医疗	67500.00
2.	备品备件	Pylon3D	2 套	苏州、星童医疗	免费
3.	专用工具	Pylon3D	2 套	苏州、星童医疗	免费
4.	安装、调试、检验	Pylon3D	2 套	苏州、星童医疗	免费
5.	培训	Pylon3D	2 套	苏州、星童医疗	免费
6.	技术服务	Pylon3D	2 套	苏州、星童医疗	免费
7.	至最终目的地运费				免费
总价: 壹拾叁万伍仟元整					135000.00

投标人授权代表签字:   
 投标人(盖章): 北京和吉盛科技有限公司

注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。  
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
 3. 上述各项的详细分项报价,应另页描述。

投标人名称: 北京和吉盛科技有限公司 招标编号: CETCL-BJ10-1901009

附件4 货物说明一览表

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它
1	全自动免疫分析仪	1、型号: Pylon3D 2、检测速度: 60 测试/小时 3、检测通道: 20 个检测通道 4、检测原理: 循环增强免疫荧光法	2 套	合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试	北京市密云区中医医院指定	



投标人授权代表签字:

投标人(盖章): 北京和吉盛科技有限公司  
注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5. 技术规格偏离表

投标人名称：北京和吉盛科技有限公司

招标编号：CEITCL-BJ10-1901009

包号：第12包

序号	货物名称	招标文件 条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明
1	全自动免疫分析仪	1	检测原理：免疫荧光法	检测原理：循环增强免疫荧光法	无偏离	
2		2	检测速度：≥60 测试/小时	检测速度：60 测试/小时	无偏离	
3		3	试剂位：≥20 个	试剂位：20 个	无偏离	
4		4	样本位：≥20 个	样本位：20 个	无偏离	
5		5	检测模式：支持批量及急诊模式	检测模式：支持批量及急诊模式	无偏离	
6		6	试剂：单人份液体试剂	试剂：单人份液体试剂	无偏离	
7		7	工作/待机要求：24 小时待机	工作/待机要求：24 小时待机，标本随到随做	无偏离	
8		8	首次报告时间：≤15 分钟	首次报告时间：14 分钟	无偏离	
9		#9	质控/校准：试剂盒自带校准品及质控品，2 点定标校正	质控/校准：试剂盒自带校准品及质控品，2 点定标校正	无偏离	
10		#10	支持样本类型：全血、血清、血浆和微量血	支持样本类型：全血、血清、血浆和微量血	无偏离	
11		11	样本量范围：15-40ul	样本量范围：15-40ul	无偏离	
12		12	自动化：全自动检测，原管上机	自动化：全自动检测，原管上机	无偏离	
13		13	项目检测通道数：≥20 个	项目检测通道数：20 个	无偏离	

14		14	加样方式：自动加样	加样方式：自动加样	无偏离
15	全自动免疫分析仪	15	联网功能：支持双向 LIS/HIS 功能、支持远程诊断、支持一键报修	联网功能：支持双向 LIS/HIS 功能、支持远程诊断、支持一键报修	无偏离
16		16. 1	批内精密度：CV≤10%	批内精密度：CV≤10%	无偏离
17		16. 2	批间精密度：CV≤15%	批间精密度：CV≤15%	无偏离
18		16. 3	校准品具备完整溯源性	校准品具备完整溯源性	无偏离
19	#17		检测项目：PCT；BNP；NT-ProBNP；CTnI；hs-cTnI；ck-mb；Myo；IL-6； $\beta$ -HCG(1-300,000, IU/L)；D-二聚体；FDP；全量程CRP	检测项目：PCT；BNP；NT-ProBNP；CTnI；hs-cTnI；ck-mb；Myo；IL-6； $\beta$ -HCG(1-300,000, IU/L)；D-二聚体；FDP；全量程CRP	无偏离
20		18. 1	CPU：Intel 酷睿 i3-6100 或以上	CPU：Intel 酷睿 i3-6100 或以上	无偏离
21		18. 2	内存≥4G, 硬盘≥1000G	内存 4G, 硬盘 1000G	无偏离
22		18. 3	彩色液晶监视器≥20寸	彩色液晶监视器 20寸	无偏离
23		18. 4	彩色激光打印机：1台	彩色激光打印机：1台	无偏离
24	全自动免疫分析仪	19	负责联入医院 lis 系统的费用	负责联入医院 lis 系统的费用	无偏离
25		二、每套主要配置	1. 主机：1台 2. 工作站：1套	1. 主机：1台 2. 工作站：1套	无偏离
26		三	质保期：≥60 个月	质保期：60 个月	无偏离

投标人授权代表签字：  
 投标人(盖章)：北京和吉盛科技有限公司



附件6 商务条款偏离表

投标人名称: 北京和吉盛科技有限公司

招标编号: CEITCL-BJ10-1901009

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1	#1	上述所有设备保修期按各设备具体参数中要求执行	设备整机保修期按具体参数中执行	满足
2	2	卖方须保证所提供的产品在质量保证期内，并须对由于产品质量而发生的任何问题负责	卖方须保证所提供的产品在质量保证期之内，并须对由于产品质量而产生的任何问题负责	满足
3	3	凡是属于计量检定的设备，由厂家提供计量检定合格证书	凡是属于计量检定的设备，由厂家提供计量检定合格证书	满足
4	4	对操作人员进行使用、保养培训，对维修人员进行技术培训，保证仪器可以正常使用	对操作人员进行使用、保养培训，对维修人员进行技术培训，保证仪器可以正常使用	满足
5	5	出保后以零件成本价收费	出保后以零件成本价收费	满足
6	6	本地有维修点和专职维修工程师	本地有维修点和专职维修工程师	满足
7	7	维修响应速度: 2 小时电话反应，电话不能解决的必须 24 小时内到达现场，排除故障。如故障无法排除，需提供不低于中标设备配置的备机，以保证买方工作的正常运转	维修响应速度: 2 小时电话反应，电话不能解决的必须 24 小时内到达现场，排除故障。如故障无法排除，需提供不低于中标设备配置的备机，以保证买方工作的正常运转	满足
8	8	卖方应为买方提供免费仪器的校准、巡检、维护保养。	卖方应为买方提供免费仪器的校准、巡检、维护保养。	满足
9	9	校准周期: 每半年提供一次精密度校验，并出具校准报告	校准周期: 每半年提供一次精密度校验，并出具校准报告	满足
10	10	本地有常有配件库，国内有固定配件库 保证设备年运行开机率≥95% (按一年365天计算)，否则保修期向后双倍顺延	本地有常有配件库，国内有固定配件库 保证设备年运行开机率≥95% (按一年365天计算)，否则保修期向后双倍顺延	满足

11	商务要求:	11	备件送达时间: 国内<3天, 国外<10天, 设备停产后备件供应>10年	备件送达时间: 国内<3天, 国外<10天, 设备停产后备件供应>10年	满足
12		12	定期回访 1 次/半年	定期回访 1 次/半年	满足
13		13	提供设备操作及维修手册	提供设备操作及维修手册	满足
14	1. 安装和调试:		中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。	中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。	满足
15	2. 项目完成期:		项目完成期：合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试（如果具体参数、用户实际需求中另有规定的，按具体参数中要求、用户实际需求规定执行）。	项目完成期：合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试（如果具体参数、用户实际需求中另有规定的，按具体参数中要求、用户实际需求规定执行）。	满足
16	3. 其它:		其它：用户将与厂家建立进一步的合作关系，为其提供技术、数据、方法等方面的合作及咨询服务	其它：用户将与厂家建立进一步的合作关系，为其提供技术、数据、方法等方面的合作及咨询服务	满足
17	第三条 付款方式		货到安装验收合格后，付清货款的 50%，试运行三个月后，经使用科室及管理科室确认后付清其余 50% 货款。	货到安装验收合格后，付清货款的 50%，试运行三个月后，经使用科室及管理科室确认后付清其余 50% 货款。	满足
18	第九条 质保金		提交质保金时间：签订合同后 7 日内；质保金保证金金额：合同总价的 5%；质保期后，设备运行无任何质量问题退回所有质保金。	提交质保金时间：签订合同后 7 日内；质保金保证金金额：合同总价的 5%；质保期后，设备运行无任何质量问题退回所有质保金。	满足
19	交货时间:		合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试。	合同签订后 30 天内完成送货、安装、调试。	满足
20	交货地点:		北京市密云区中医医院指定。	北京市密云区中医医院指定。	满足
21	交货方式:		现场交货，免费上门送货、安装、调试。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责，所有货物运抵现场的日期为交货日期。	现场交货，免费上门送货、安装、调试。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责，所有货物运抵现场的日期为交货日期。	满足


投标人授权代表签字： 备注：对招标文件其它商务条款“全部满足”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)： 北京和吉盛科技有限公司



编号: 103430275



# 营业执照

(副本) 1-1


统一社会信用代码 911101156963600464

名 称 北京和吉盛科技有限公司  
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
住 所 北京市大兴区经济开发区盛坊路1号5幢3层301、302室  
法定代表人 何勇  
注 册 资 本 200万元  
成 立 日 期 2009年10月26日  
营 业 期 限 2009年10月26日至2029年10月25日  
经 营 范 围 销售医疗器械III类(以医疗器械经营企业许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至2020年02月12日);科技开发;销售化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)、计算机软硬件及外围设备、消防设备、医疗器械(限I类);零售电子产品;租赁医疗设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 25 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统  
报送上一年度年度报告并公示。

国家食品药品监督管理总局制

日

有效期限：至 2020 年 02 月 12 日 发证日期：2015 年 02 月 13 日

库房地址：北京市大兴区经济开发区星光路1号5幢3层  
经营场所：北京市大兴区经济开发区星光路1号5幢3层  
住 所：北京市大兴区经济开发区星光路1号5幢3层301、302室

经营范围：Ⅱ类：临床检验分析仪器及体外诊断试剂。

企业名称：北京和吉盛科贸有限公司  
法定代表人：刘勇  
经营方式：批发

许可证编号：京兴食药监械经营许20150024号



## 第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：京兴食药监械经营备20150163号

企业名称	北京和吉盛科技有限公司
法定代表人	何勇
企业负责人	何勇
经营方式	批发
住 所	北京市大兴区经济开发区盛坊路1号5幢3层301、302室
经营场所	北京市大兴区经济开发区盛坊路1号5幢3层301、302室
库房地址	北京市大兴区经济开发区盛坊路1号5幢3层303、304室
经营范围	II类：6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）***



附件 7-4 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中国北京的北京和吉盛科技有限公司的在下面签字的何勇、法人代表本公司授权北京和吉盛科技有限公司的在下面签字的胡建峰、业务经理为本公司的合法代理人，就北京市密云区中医医院医疗设备采购项目的第 12 包投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2019 年 02 月 14 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_

公司盖章：

附：

被授权人姓名：胡建峰

职 务：业务经理

详细通讯地址：北京市大兴区经济开发区盛坊路 1 号 5 棚 3 层 301.302 室

邮政编码：

传 真：010-63331385

电 话：010-63331278



姓名 胡建峰

性别 男 民族 汉

出生 1992 年 5 月 10 日

住址 江西省抚州市临川区唱凯  
镇官洲村赵坊胡组31号



公民身份证号码 362502199205102858



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 抚州市公安局临川分局

有效期限 2009.03.02-2019.03.02



## 制造商资格声明

### 1、名称及概况:

- (1) 制造商名称: 星童医疗技术(苏州)有限公司  
(2) 总部地址: 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C15 栋 201  
电传/传真/电话号码: 0512-68250523/62800370  
(3) 成立和/或注册日期: 2012 年 05 月 08 号  
(4) 实收资本: 49031626  
(5) 近期资产负债表(到 2017 年 8 月 31 日止)  
① 固定资产: 5639761.66  
② 流动资产: 49874767.89  
③ 长期负债: 0.00  
④ 流动负债: 0.00  
⑤ 净值: 2084376.81

- (6) 主要负责人姓名: (可选填) \_\_\_\_\_  
(7) 制造商在中国的代表的姓名和地址, (如有的话):  


### 2、(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况:

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
星童医疗	Pylon core 重循环增强型呼吸机	1000 台/年	130 人

### (2) 本制造商不生产, 而需从其它制造商购买的主要零部件:

制造商名称和地址 \_\_\_\_\_

主要零部件名称 \_\_\_\_\_

### 3、本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等):

### 4、近 3 年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

#### (1) 出口销售

(名称和地址) \_\_\_\_\_

(销售项目) \_\_\_\_\_

(2) 国内销售

(名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售部门) \_\_\_\_\_

5、近3年的年营业额

年份	国内	出口	总额
2014年	275.64万元		275.64万元
2015年	722万元		722万元
2016年	2478.58万元		2478.58万元

6、易损件供应商的名称和地址:

部件名称 \_\_\_\_\_ 供应商 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7、最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物:

合同编号: \_\_\_\_\_

签字日期: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

数 量: \_\_\_\_\_

合同金额: \_\_\_\_\_

8、有关开户银行的名称和地址: 中国银行苏州独墅湖支行 苏州工业园区星湖街

218号生物纳米园C15楼201

9、制造商所属的集团公司(如有的话): \_\_\_\_\_

10、其他情况: \_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称: 星童医疗技术(苏州)有限公司

签字人姓名和职务: HONG TAN、CEO

签 字 人 签 字: \_\_\_\_\_

签 字 日 期: 2017年10月17日

传 真: 0512-62800370

电 话: 0512-68250523

电 子 邮 件: sales.aat@thehealthcare.com.cn

## 附件 7-6 经销商(作为代理商)的资格声明

### 1、名称及概况:

- (1) 供应商名称: 北京和吉盛科技有限公司
- (2) 地址及邮编: 北京市大兴区经济开发区盛坊路 1 号 5 棚 3 层 301.302 室
- (3) 成立和注册日期: 2009 年 10 月 26 日
- (4) 主管部门: 北京市工商行政管理局大兴分局
- (5) 公司性质: 有限责任公司
- (6) 法人代表: 何勇
- (7) 职员人数: 26
- (8) 近期资产负债表(到 2018 年 12 月 31 日 止)

    (1) 固定资产: 87727.57 元

        原      值: 771502.34 元

        净      值: 87727.57 元

    (2) 流动资金: 36805893.4 元

    (3) 长期负债: 无

    (4) 短期负债: 无

    (5) 资金来源:

        自有资金: 200 万元

        银行贷款: 无

    (6) 资金类型:

        商业性: 200 万元

        非商业性: 无

### 2、最近三年的年度总营业额:

年份	国内	出口	总额
<u>2016</u>	<u>61845413.42</u> 元	<u>0</u>	<u>61845413.42</u> 元
<u>2017</u>	<u>71942443.36</u> 元	<u>0</u>	<u>71942443.36</u> 元
<u>2018</u>	<u>78856332.06</u> 元	<u>0</u>	<u>78856332.06</u> 元

### 3、最近三年谈判货物主要销售给国内及国外用户名称及地址:



名称和地址

销售的项目和数量

(1) 出口销售:

(2) 国内销售:

北京市平谷区岳协医院

检验设备

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心

检验设备

4、同意为被投标人代理投标货物的制造商:

代理商名称

制造项目和数量

星童

全自动免疫分析仪

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话):

制造厂名称和地址

制造项目

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话):

合同号: \_\_\_\_\_

签字日期: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_

数量: \_\_\_\_\_

合同金额\_\_\_\_\_

7、有关开户银行的名称和地址: 中国工商银行北京大兴经济开发区支行, 北京市大兴区经济开发区

8、被邀请谈判认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部能提供的资料和数据, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期: 2019年02月19日

投标人授权代表(签字): \_\_\_\_\_

投标人授权代表的职务: 业务经理

电话号: 010-63331278

传真号: 010-63331385

公章: \_\_\_\_\_



## 授权函

星童医疗技术（苏州）有限公司是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地中国，江苏省苏州市星湖街218号生物纳米园C15栋2层。

兹指派按中国法律成立的，主要营业地点在中国，北京市大兴区经济开发区瀛海路1号5幢3层301、302室的；

北京和吉盛科技有限公司

作为我方唯一合法的代理人，代表我方在

北京市密云区中医院

办理免疫分析产品销售、项目招投标的有关事宜。其他任何组织或个人代表我司参与投标，我司均不予承认。

本授权有效期： 2018年12月01日 至 2019年12月31日



星童医疗技术（苏州）有限公司

2018年12月20日



由 扫描全能王 扫描创建

# 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：苏械注准 20172400519

注册人名称	星童医疗技术（苏州）有限公司
注册人住所	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C15 栋 201 室
生产地址	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C15 栋 101 室、 201 室
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	循环增强荧光分析仪
型号、规格	Pylon3、Pylon3D
结构及组成	循环增强荧光分析仪主要由温控模块、光学信号采集系统、微孔条处理模块、反应模块、移液器模块、电源、嵌入式计算机等组成，其中 Pylon3D 具有两个反应模块。 
适用范围	本仪器与我公司循环增强荧光免疫法检测试剂盒配套使用，用于检测样本中被测物的浓度。 
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	医疗器械生产许可证号：苏食药监械生产许 20130004 号。

审批部门：江苏省食品药品监督管理局

批准日期：2017 年 04 月 14 日

有效期限：2022 年 04 月 13 日



Product Service

# CERTIFICATE

No. Q5 18 01 02764 001

Holder of Certificate: ET Healthcare(Suzhou)Co., Ltd

Room 101#, 201#, Block C16#  
Biobay  
218# Xinghu Street  
215123 Suzhou SIP, Jiangsu Province  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA




Certification Mark:



Scope of Certificate:

Design and Development, Production and  
Distribution of  
**Cyclic Enhanced Fluorescence Assay for  
Inflammation,  
Cardiac and Fertility Markers,  
Cyclic Enhanced Fluorescence Analyser**



The Certification Body of TÜV SUD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: SH17127301

Valid from: 2018-04-17  
Valid until: 2021-04-16



04052768652845

*I. Preiß*

Stefan Preiß,

Date, 2018-04-17

Page 1 of 2

DARKS

Germany  
München  
Ridderstraße 85  
80339 München

TÜV®



Product Service

## CERTIFICATE

No. Q5 18 01 02764 001

### Applied Standard(s):

EN ISO 13485:2016  
Medical devices - Quality management systems -  
Requirements for regulatory purposes  
(ISO 13485:2016)  
DIN EN ISO 13485:2016

### Facility(ies):

ET Healthcare(Suzhou)Co., Ltd  
Room 101#, 201#, Block C15#, Biobay, 218# Xinghu  
Street, 215123 Suzhou SIP, Jiangsu Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ET Healthcare (Shanghai) Co., Ltd.  
The West of Building 4, No. 68 Huatuo Road,  
Pudong New District, 201203 Shanghai, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA



## 售后服务承诺书

### 一、售后服务期限及内容:

- 1、我司所投所有设备整机保修 60 个月。
- 2、我方保证所提供产品在质量保证期之内，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。
- 3、凡是属于计量检定的设备，由厂家提供计量检定合格证书。
- 4、对操作人员进行使用、保养培训，对维修人员进行技术培训，保证仪器可以正常使用。
- 5、出保后以零件成本价收费。
- 6、本地具有维修点和专职维修工程师。
- 7、维修响应速度：2 小时电话反应，电话不能解决的必须 24 小时内到达现场，排除故障。如故障无法排除，需提供不低于中标设备配置的备机，以保证买方工作的正常运转。
- 8、卖方应为买方提供免费仪器的校准、巡检、维护保养。校准周期：每半年提供一次精密度校验，并出具校准报告。
- 9、本地有常有配件库，国内有固定配件库。
- 10、保证设备年运行开机率 $\geq 95\%$ （按一年 365 天计算），否则保修期向后双倍顺延。
- 11、备件送达时间：国内<3 天，国外<10 天，设备停产后备件供应>10 年。
- 12、定期回访 1 次/半年。
- 13、提供设备操作及维修手册。

### 二、安装和调试：

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。

### 三、项目完成期：招标方指定（如果具体参数、用户实际需求中另有规定的，按具体参数中要求、用户实际需求规定执行）。

### 四、其它：为用户与厂家建立进一步的合作关系，为其提供技术、数据、方法等方面的合作及咨询服务。

公司名称：北京和吉盛科技有限公司  
日期：2019年02月19日

