





单一来源采购专家论证意见表

主管预算单位	北京市财政局
使用单位	北京肿瘤医院
项目名称	北京肿瘤医院宝石 CT 维保项目
项目金额	480 万元
专家姓名: 	职称: 主任医师 
工作单位:	
论证意见	<p>北京肿瘤医院 GE CT750 设备于 2010 年 11 月 23 日装机投入使用后, 于 2018 年 9 月 26 日设备维保合同出保。鉴于 GE CT750 设备的先进性、独特性, 须使用 GE 专业的检测工具和专用检测软件进行调试保养, 同时依据《医疗器械注册管理办法》要求, GE CT750 相应部件维修更换, 须使用同型号原厂即通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司部件, 方可保证仪器在规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求等方面与注册证内容的一致性。</p> <p>综上所述, 本项目符合《政府采购法》第 31 条第一款的规定, 只能采用单一来源的方式进行采购。</p> <p></p>

单一来源采购专家论证意见表

主管预算单位	北京市财政局
使用单位	北京肿瘤医院
项目名称	北京肿瘤医院宝石 CT 维保项目
项目金额	480 万元
专家姓名: 靳会宁	职称: 主任医师
工作单位:	中石油医院
论证意见	<p>北京肿瘤医院 GE CT750 设备于 2010 年 11 月 23 日装机投入使用后, 于 2018 年 9 月 26 日设备维保合同出保。鉴于 GE CT750 设备的先进性、独特性, 须使用 GE 专业的检测工具和专用检测软件进行调试保养, 同时依据《医疗器械注册管理办法》要求, GE CT750 相应部件维修更换, 须使用同型号原厂即通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司部件, 方可保证仪器在规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求等方面与注册证内容的一致性。</p> <p>综上所述, 本项目符合《政府采购法》第 31 条第一款的规定, 只能采用单一来源的方式进行采购。</p> <p>鉴于上述原因, 本项目只能采用单一来源的方式进行采购</p>

单一来源采购专家论证意见表

主管预算单位	北京市财政局
使用单位	北京肿瘤医院
项目名称	北京肿瘤医院宝石 CT 维保项目
项目金额	480 万元
专家姓名:	颜岩
职称:	副主任医师
工作单位:	中国疾控中心
论证意见	<p>北京肿瘤医院 GE CT750 设备于 2010 年 11 月 23 日装机投入使用后，于 2018 年 9 月 26 日设备维保合同出保。鉴于 GE CT750 设备的先进性、独特性，须使用 GE 专业的检测工具和专用检测软件进行调试保养，同时依据《医疗器械注册管理办法》要求，GE CT750 相应部件维修更换，须使用同型号原厂即通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司部件，方可保证仪器在规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求等方面与注册证内容的一致性。</p> <p>综上所述，本项目符合《政府采购法》第 31 条第一款的规定，只能采用单一来源的方式进行采购。</p> <p>鉴于上述原因，本项目只能采用单一来源方式进行采购。</p>