


### 专家论证意见

专家信息 1	姓名	刘莉	工作单位	首都医科大学附属北京中医医院
	职称	副主任护师	电话	13240077675
专家信息 2	姓名	郭磊	工作单位	北京清华长庚医院
	职称	高级工程师	电话	13683608505
专家信息 3	姓名	肖玮	工作单位	中国医学科学院肿瘤医院
	职称	研究员	电话	18001167380
项目信息	采购项目名称	迁建工程医用设备购置-分项 3 (脑磁图)	项目使用单位	首都医科大学附属北京天坛医院
	采购项目金额	人民币 2700 万元	拟用采购方式	单一来源采购方式
	预算项目名称	迁建工程医用设备购置-分项 3 (脑磁图)	预算批复文号	京财社指[2018]1685
专家论证意见	<p>1. 本项目招标文件没有不合理内容, 没有排他性或歧视性条款, 且采购公告时间及采购程序符合政府采购相关法律法规。</p> <p>2. 经过市场调研和查询原国家食品药品监督管理总局的数据查询系统, 截止目前为止, 只有医科达公司 (Elekta Oy) 生产的脑磁图 Neuromag TRIUX 机型具备有效的医疗器械产品注册证, 允许在国内作为医疗设备合法销售, 再无其他品牌产品。</p> <p>3. 截止到本项目投标截止时间, 只有中国科学器材有限公司 1 家公司递交了投标文件, 且根据该公司填写的递交投标文件登记表显示, 该公司代理的脑磁图产品的制造商为医科达公司 (Elekta Oy), 与目前国内具有有效医疗器械产品注册证的脑磁图产品情况相符。根据上述情况, 此采购行为符合《政府采购法》第三十一条第一款和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(87 号令) 第四十三条的规定, 为保证临床使用需求, 因此本项目建议采用单一来源采购方式采购中国科学器材有限公司提供的脑磁图产品。</p>			
专家签字:				
签字日期:	2018 年 10 月 17 日			