

专用设备及材料购置项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000024210200078349-XM001

原公告的采购项目名称：专用设备及材料购置项目

首次公告日期：2024年6月14日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：



“第五章 采购需求-四、技术要求-3. 技术要求-3.1.2 连续流动分析仪(核心产品)”

澄清如下：

(1) 14.2- (总) 氰化物分析模块配置要求：

招标文件要求：

指标项类别	序号	技术性能指标要求
★实质性要求	14.2	(总) 氰化物分析模块，1套，包括：12通道蠕动泵、在线紫外消化器、150℃反应器、在线蒸馏系统、浮子流量计、空气泵、37℃反应器、50mm流动比色池、光谱仪检测器、冷水循环机；

修改为：

指标项类别	序号	技术性能指标要求
★实质性要求	14.2	(总) 氰化物分析模块，1套，至少包括：多通道蠕动泵、歧管、泵管、混合反应圈、紫外消解装置、蒸馏装置、检测单元。

(2) 14.6-总磷/磷酸盐分析模块配置要求:

招标文件要求:

指标项类别	序号	技术性能指标要求
★实质性要求	14.6	总磷/磷酸盐分析模块, 1套, 包括: 14通道蠕动泵、在线紫外消解装置、106℃反应器、透析过滤器、40℃反应器、50mm流动比色池、光谱仪检测器。

修改为:

指标项类别	序号	技术性能指标要求
★实质性要求	14.6	总磷/磷酸盐分析模块, 1套, 至少包括: 多通道蠕动泵、歧管、泵管、混合反应圈、紫外消解装置、透析器、加热圈、检测单元。



(3) 14.7-总氮/硝酸盐/亚硝酸盐分析模块配置要求:

招标文件要求:

指标项类别	序号	技术性能指标要求
★实质性要求	14.7	总氮/硝酸盐/亚硝酸盐分析模块, 1套, 包括: 14通道蠕动泵、在线消解装置(紫外消化器)、在线透析过滤器、切换阀、镉还原柱、50mm流动比色池、光谱仪检测器。

修改为:

指标项类别	序号	技术性能指标要求
★实质性要求	14.7	总氮/硝酸盐/亚硝酸盐分析模块, 1套, 至少包括: 多通道蠕动泵、歧管、泵管、混合反应圈、紫外消解装置、透析器、镉柱、加热池、检测单元。

其他内容不变。

更正日期: 2024年6月21日

三、其他补充事宜

1、原公告项目地址：

http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjzfcggg/sjzbgg/t20240614_1596208.html;

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202406/t20240614_22365567.htm;

https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/zfcg/zb主g/202406/t20240614_3712477.html。

2、本公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网和北京市水务局网站上发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市官厅水库管理处

地 址：河北省张家口市怀来县丰沙线拦河坝站

联系方式：张萌 0313-6877007

2. 采购代理机构信息

名 称：中和德汇工程技术有限公司

地 址：北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪G座7层701-707

联系方式：李宇辰 13121366952

3. 项目联系方式

项目联系人：李宇辰

电 话：13121366952

