

友谊医院顺义院区开办费-医疗设备购置项目 (第9包) 更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106140866

原公告的采购项目名称：友谊医院顺义院区开办费-医疗设备购置项目

首次公告日期：2024年10月31日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

一、本项目第9包品目9-2医用直线加速器第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正内容如下：

1. “▲1.2、加速管保用年限： ≥ 10 年（提供原厂售后服务承诺书并加盖公章）。”，更正为“删除此条”。
2. “▲2.2.1 电子线：6-15MeV 范围内 ≥ 5 档可调”，更正为“▲2.2.1 电子线 ≥ 5 档可调”
3. “2.2.2、电子线的X线污染 $\leq 5\%$ ”，更正为：“删除此条”
4. “2.2.3、提供五个限光筒，说明尺寸”，更正为“删除此条”。
5. “2.2.4、电子线最大剂量率： $\geq 600\text{MU}/\text{min}$ ”，更正为“删除此条”。
6. “4.5、叶片透射率 $\leq 0.5\%$ （不含独立准直器）”，更正为“4.5、叶片透射率 $\leq 0.5\%$ ”
7. “四、质量保证期：整机及第三方配套产品为调试验收合格后 ≥ 5 年”，更正为：“四、质量保证期：整机及第三方配套产品为调试验收合格后 ≥ 5 年，加速管保用年限 ≥ 10 年。”

二、本项目第9包提交投标文件截止时间、开标时间更正为：2024年12月3日13点30分（北京时间）

招标文件其他内容不变。

更正日期：2024 年 11 月 13 日

三、其他补充事宜

招标公告和招标文件中其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京友谊医院

地 址：北京市西城区永安路 95 号

联系方式：010-63139390

2. 采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 9 层

联系方式：010-81168697

3. 项目联系方式

项目联系人：马建

电 话：010-81168697